



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июня 2018 года № РЗН 2018/7282

На медицинское изделие

**Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Ассомедика"

(ООО "Ассомедика"), Республика Беларусь,

222223, Республика Беларусь, 222223, Минская область, Смолевичский район,

Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень"

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Ассомедика"

(ООО "Ассомедика"), Республика Беларусь,

222223, Республика Беларусь, 222223, Минская область, Смолевичский район,

Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень"

Место производства медицинского изделия

ООО "Ассомедика", Республика Беларусь, Минская область, Минский район,

Папернянский с/с, 43/2 район д. Дубовляны

Номер регистрационного досье № РД-20241/69099 от 11.12.2017

Вид медицинского изделия 324650

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.21.120

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 19 июня 2018 года № 3943  
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0035549



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июня 2018 года

№ РЗН 2018/7282

Лист 1

На медицинское изделие

**Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения:**

I. Варианты исполнения:

1. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22М/15F-15М/22F, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, без тепловлагообмена.
2. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22М/15F-15М/22F, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, без тепловлагообмена, с портом luer-lock.
3. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22М/15F-15М/22F, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, с тепловлагообменом.
4. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22М/15F-15М/22F, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, с тепловлагообменом, с портом luer-lock.
5. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения механический с размерами выходов 22М/15F-15М/22F, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, с тепловлагообменом.
6. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения механический с размерами выходов 22М/15F-15М/22, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, с тепловлагообменом, с портом luer-lock.

II. Принадлежности:

1. Соединитель угловой.
2. Соединитель угловой гибкий.

£

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0046696